

**AEROMETROLOGIE**

Prestations effectuées au sein de notre laboratoire accrédité par le COFRAC sous le N° 2-6345
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DL-E-COMP / DL-E-GRAV**Banc gravimétrique**

L'étalonnage est effectué par comparaison à une pesée associée à une mesure de temps.

Gamme : 4 g/h à 10 kg/h

Caractéristiques

Fluide : eau purifiée

Perte de charge admissible : 1 bar max

Banc Coriolis

L'étalonnage est effectué par comparaison à des débitmètres étalons.

Gamme : 4 g/h à 10 kg/h

Caractéristiques

Fluide : eau purifiée

Perte de charge admissible : 1 bar max

INCERTITUDES D'ETALONNAGE MINIMALE ATTENDUES

Voir portée n°2-6345 sur www.cofrac.fr

Banc d'étalonnage	Domaine	Incertitude absolue
Banc gravimétrique	4 g/h à 10 kg/h	$0,1 \cdot 10^{-3} \text{ kg/h} + 7,5 \cdot 10^{-3} \cdot q_m$
Banc coriolis	4 g/h à 10 kg/h	$0,23 \cdot 10^{-3} \text{ kg/h} + 7,8 \cdot 10^{-3} \cdot q_m$